Legionellen-Säurepuffer (HCl-KCl-Puffer; PH 2,2) (SPL)

nach DIN EN ISO 11731-2:2008-06

Kürzel:	SPL
Artikelnummer:	73-1500
Form:	1.000ml-Flasche mit 900ml Nährmedium
Farbe:	farblos
Lagerung:	Trocken, verschlossen, bei 15-22°C
Haltbarkeit:	6 Monate
pH-Wert:	2,2 ± 0,2

Zweckbestimmung und Anwendungsgebiet

Zur Reduktion der Begleitflora bei der Membranfiltration von Legionellenproben.

Typische Zusammensetzung

in g pro 1l Nährmedium	
HCl	2,6
KCl	12,9
KOH	1,2

Xebios Diagnostics GmbH
Telleringstraße 49 | D-40597 Düsseldorf
T. +49 (0) 211 78 88 07 - 00
E. info@xebios.com

Xebios ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Die mikrobiologische Qualitätskontrolle wird von einem nach EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor konform EN ISO 11133 durchgeführt. (Registrierungsnummer der Urkunde: RvA-L 614)

www.xebios.de

Mikrobiologische Qualitätskontrolle

Physikalisch-chemische Eigenschaften

Test	Soll-Wert	Test	Soll-Wert
Farbe	Farblos	Füllmenge	900 + 40/-20 ml
Aussehen	Klar	pH-Wert	2,2 ± 0,2

Die Charge erfüllt die Anforderungen an die Spezifikation gemäß ISO 11731

Xebios Diagnostics GmbH
Telleringstraße 49 | D-40597 Düsseldorf
T. +49 (0) 211 78 88 07 - 00
E. info@xebios.com

Xebios ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Die mikrobiologische Qualitätskontrolle wird von einem nach EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor konform EN ISO 11133 durchgeführt. (Registrierungsnummer der Urkunde: RvA-L 614)

www.xebios.de